

Генератор испытательных

Импульсов И1-33

Применяется для проверки переходных характеристик

Фиг. 1. Структурная схема (100% импульсов), которая

Параметры синхроимпульсов:
запуск импульсами

Амплитуда: +5 В, -5 В
Частота следования: 1, 2, 4, 16, 32 кГц

Длительность: не более 40 нс

Электропитание: 230 В, 50 Гц

Для каждого из двух каналов предусмотрены два отдельных BNC-разъёма.