

ИЗДАНИЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пробойная установка	5 кВ-АС	нет	50 BA	(2 % +50) В	10 мА АС
Пробойная установка	5 кВ-АС	6 кВ-ДС	20 BA	(2 % +50) В	10 мА АС / 4
Пробойная установка	5 кВ-АС	нет	500 BA	(3 % +50) В	110 мА АС
Пробойная установка	5 кВ-АС	6 кВ-ДС	200 BA	(3 % +50) В	110 мА АС /

Все плановые испытания проводятся с использованием постоянного и переменного токов высокого напряжения с возможностью регулировки параметров.