[illegible] 2500 В.

[illegible] 1:1000 позволяет измерять напряжения до 2500 В, что делает его подходящим для работы с высоковольтными сигналами, которые могут превышать стандартные пределы измерения в 1,7 В. Это позволяет использовать прибор для измерения высоковольтных сигналов относительно земли, которые отображаются на осциллографе.

Прибор имеет два диапазона измерения: 0–1,2 В и 0–2500 В, что позволяет использовать его для измерения как низковольтных сигналов, так и высоковольтных сигналов, превышающих 1,7 В. Для измерения высоковольтных сигналов необходимо подключить прибор к источнику питания от сетевого адаптера 12 В или к внешнему аккумулятору. Также возможно использование прибора с общей шиной заземления.